


Autoclavable & UV Resistant

Nichipet Premium LT

リキッドハンドリング用 デジタルマイクロピペット

取扱説明書



- お買い上げ誠にありがとうございました。
- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

Autoclavable & UV Resistant

Nichipet Premium LT

リキッドハンドリング用 デジタルマイクロピペット

特徴

- 本体は丸ごとオートクレーブ滅菌（121℃ 20分）が可能です。
- UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業にも適しています。
（UV耐性の高い材質を使用しておりますが、長時間のUV照射により本体の表面が劣化する場合がございます。UV照射による容量精度への影響はございません。）
- 握りやすいグリップで、長時間の使用にも疲れにくい形状です。
- 容量設定はデジタル式で、プッシュボタンを回すだけで行えて簡単です。
- ロック機能付きで、片手でもロックが可能です。
- 6種類で0.2 μ L～1000 μ Lまで幅広くサンプリングができます。
- 手の温度による精度変化が生じにくい機構となっています。
- 本体気密部は、高耐久性樹脂を使用しておりますので、長時間の使用に耐え、優れた容量精度が持続します。
- エジェクタパイプが細く、汎用試験管（深さ110mm）の底までチップ先端が届きます。
（2 μ L～1000 μ L）
- チップエジェクト機能が付いておりますので、手に触れることなくチップを取り外すことができます。また、チップエジェクトの部分がプラスチック製ですので、試験管などを破損しにくい構造となっています。

標準付属品

- チップ 3 本
- グリス
- 取扱説明書（本書）
- 保証書

ご使用前に上記の付属品が全てそろっているかをご確認下さい。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」及び、次ページ「注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ここに明記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- お読みになった後は、お使いになる人がいつでも見られるところに大切に保管して下さい。

※この取扱説明書に記載の仕様及び付属品の内容を、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承下さい。

最新の仕様は弊社ホームページをご確認下さい。

※この取扱説明書の一部又は全部を、無断で複写複製・転載することは法律で禁じられています。

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守り下さい



人が傷害を負う可能性及び、 物的損害の発生が想定される内容

1. 液体の分注以外の目的に使用しないで下さい。
2. 本製品を不当に改造しないで下さい。事故の原因となります。
3. フィルタ交換用の治具は、先が尖っているため危険です。取り扱いには注意して下さい。
4. 人体に直接入る液体の分注には使用しないで下さい。
5. 人体に向けて吐出しないで下さい。液体によっては人体を傷つけるおそれがあり危険です。
6. 人体に向けてチップをエジェクトしないで下さい。
7. チップに液体が入っている状態でチップをエジェクトしないで下さい。
8. チップの先端は尖っているので危険です。取り扱いには注意して下さい。
9. チップは本体ノズルに確実に装着して下さい。チップ落下による液体飛散の原因となります。
10. 人体に有害な液体が本体に付着した場合は、適切な処置を行ってからご使用下さい。
11. 人体に有害な液体を使用する場合は、使用中、使用済みのチップに絶対に触れないで下さい。
12. 本製品で液体をかき混ぜるなどの作業をしないで下さい。チップの緩み、落下、本体への液付着等の原因となります。
13. オートクレープ滅菌及び、乾燥直後は本体が非常に熱くなっておりますので、直接手で触れないで下さい。事故の原因となります。
14. 本製品は耐薬品性に優れておりますが、一部本体の破損をまねく薬品がありますので、特殊な薬品をご使用になる際には、お問い合わせ下さい。

本製品の廃棄時の注意

ピペット本体やチップ(付着した液体含む)を廃棄する場合は、廃棄処理に関連する各地方自治体の条例または規則に従って下さい。

❗ 厳守

より良い容量精度を得るために、また
長くお使いいただくためのワンポイント

1. 作業及び作業 2 時間程前からは直射日光を避けて下さい。また、高温・低温・低湿度な環境や、本体を含む環境と液体との温度差が大きい場合での作業は、正確な容量精度が得られないおそれがあります。
2. 作業直前は、チップ及びノズルシリンダ部にできるだけ触れないで下さい。
それらが暖まることにより、正確な容量精度が得られないおそれがあります。
3. 分注方法はフォワード法（本書の操作方法）に従い行って下さい。他の方法で分注すると、正確な容量精度が得られないおそれがあります。
4. プッシュボタンは静かに操作して下さい。急に離しますと本体内に液体を吸い込み、正確な容量精度が得られない、あるいは、品質を損なうおそれがあります。尚、特に本体への吸い込みが考えられる NPP-1000, NPP-5000, NPP-10000 には、動作不良、容量精度不良及びコンタミネーション(*)の原因をなくすため、フィルタ（別売品もございます）を付属しております。
5. チップは使い捨てにして下さい。何回も繰り返し使用すると、正確な容量精度が得られないおそれがあります。また、コンタミネーション(*)を起こす危険性があります。
6. チップに液体が入っている状態で本体を横や逆さにしないで下さい。本体内に液体が入り、品質を損なったりコンタミネーションを起こすおそれがあります。
7. オートクレーブ滅菌する際、オートクレーブ滅菌器の中でピペットを重ねて入れたり、ノズルを下方にし、負荷がかかるような斜めの状態で立てかけたりしないで下さい。
(本体を立ててオートクレーブ滅菌を行なう際は、ノズル先端を上向きにして行なって下さい) 本体はオートクレーブ滅菌対応の材質で出来ていますが、滅菌器具の内部は高温の為、負荷のかかる部分に変形等が生じるおそれがあります。また、オートクレーブ滅菌を行う際に、同時投入する物や、使用する水に含まれる物質によって、性能に影響を与える可能性があります。
8. オートクレーブ滅菌・乾燥後は、十分熱を冷ましてからご使用下さい。温かい状態でご使用になりますと、正確な容量精度が得られないおそれがあります。
9. オートクレーブ滅菌・乾燥後は、十分熱を冷ましてから組立を行って下さい。暖かい状態で組立を行いますと、ネジ山が壊れるなど品質を損なうおそれがあります。
10. 規定された容量範囲を越えて、容量可変を行わないで下さい。製品の破損及び、品質を損なうおそれがあります。
11. 設定容量よりも液体が少ない状態で作業を行わないで下さい。本体内への液跳ね上げの原因となり、品質を損なうおそれがあります。

＊：チップまたは本体内部に残った液体と、新たに吸い上げた液体が混ざって、的確な結果が得られない現象。

目 次

●操作方法	5
●メンテナンス	9
●オートクレーブ滅菌・乾燥	16
●規格精度表	17
●容量調整	18
●こんなことが起こったら！（トラブルシューティング）	20
●交換部品リスト	22

操作方法

1. 容量設定


1) ロックハンドルをロック解除の方向に回し、ロックを緩めます。【図－A】

2) プッシュボタンを回し、デジタルカウンタを希望の容量に合わせます。

容量を増やす際には、一旦その目盛りを半回転越えて、その後、希望の容量に合わせます。容量を減らす際は、そのまま直接目盛りを合わせます。この時、カウンタ窓の下部にあるポイントマークに、カウンタの目盛りを合わせて下さい。各機種の日盛表示と目盛単位(μL)を参照の上、容量設定を行って下さい。【図－B】

3) 容量設定後は、ロックハンドルをロック方向に回して固定します。【図－A】

注：規定された容量範囲を超えて、容量可変を行わないで下さい。製品の破損及び品質を損なうおそれがあります。



【図－A】

各機種最大容量時の表示

NF-2	NF-10	NF-20	NF-100	NF-200	NF-1000
2	10	20	100	200	1000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 μL	10 μL	20 μL	100 μL	200 μL	1000 μL
(0.002)	(0.01)	(0.02)	(0.1)	(0.2)	(1)

ポイントマーク (Point Mark) is indicated by a triangle pointing to the bottom of the display window.

最小目盛単位 (μL) (Minimum Scale Unit (μL))

【図－B】

2. 吸入（フォワード法）

1) 新品のチップをノズルに装着します。

注：この時、ラックからの装着をおすすめします。チップをひねる様な脱着は行わないでください。

2) プッシュボタンを初期位置から第1ストップまで押し下げます。【図－C】－①

3) プッシュボタンを押し下げたまま、液面下2mm～3mmにチップの先端を入れます。

【図－D】－①(P7)

4) プッシュボタンをゆっくり初期位置まで戻し、液体をチップ内に吸引します。この際、約1秒間静止し、液体の吸引が完全に終わるのを待ちます。


【図－D】－②(P7)

5) 液面から垂直かつ慎重にチップ（ピペット）を引き抜き、チップ先端を容器の側面に軽く触れて、チップの外側に付着した液滴を取り除いて下さい。【図－D】－③(P7)

注：【図－C】の第2ストップの位置からの吸入作業は行わないで下さい。

注：プッシュボタンはゆっくり操作して下さい。急に離しますと、本体内に液体を吸い込み、正確な容量精度が得られないおそれがあります。

注：作業開始時にプッシュボタンの動作が悪い場合は、プッシュボタンを初期位置から第1ストップまで数回押し下げ、慣らし操作を行って下さい。




3. 排出

- 1) 容器の内側にチップの先端をつけます。【図-D】-③
- 2) プッシュボタンをゆっくりと初期位置から第1ストップまで押し下げます。約1秒おいて第2ストップまで押し下げて液体を排出します。【図-D】-④, ⑤
- 3) プッシュボタンは押したままにして、チップの先端を容器の内壁に沿わせて液滴を取り除き、引き上げます。
- 4) 使用済みのチップは、エジェクタボタンを押して外します。【図-D】-⑥



人体に有害な液体を使用する場合は、使用中及び、使用済みチップに絶対に触れないで下さい。




【図-D】

《参考》

1) チップ予備洗浄

新しいチップに交換した時や、サンプリングを始める前に対象液で2～3回、第1ストップ【図－E】－bの位置まで吸引・吐出を繰り返す、チップの予備洗浄を行う事をお奨めします。チップの予備洗浄を行なうことでより高い容量精度を得ることが出来ます。

厳密な再現性を求める場合等、この方法はあらゆる液体採取にお奨めいたします。



2) 高濃度の液体・粘性溶液の分注

液体吸入時は、チップ内吸入後2～3秒程待つてから、ゆっくりとチップを液面より離します。吐出の際は、第1ストップの位置で2～3秒待つてから第2ストップ【図－E】－cの位置まで押し切って下さい。

3) 小容量の分注

特に50 μ L以下の容量は、操作をゆっくり滑らかに行って下さい。また、蒸発ロスの影響に留意して下さい。

メンテナンス


本書「トラブルシューティング」(P20)に明記しているような現象が起きた場合、下記の要領に従って分解・点検を行って下さい。

1. 分解

①エジェクタパイプの止めネジを外します。

・ $2\mu\text{L}$ ~ $1000\mu\text{L}$ 【図-F】-(1-1)

エジェクタ止めネジセットを矢印の方向に回して外し、エジェクタパイプを矢印の方向に引き抜きます。



【図-F】

②ノズルシリンダは、ボディにネジ込みになっていますので、反時計回りに回して外します。

・ $2\mu\text{L}$ ~ $1000\mu\text{L}$ 【図-F】-(1-2)

注：ノズルシリンダを外すとき、内部の部品がバネの作用で飛び出すことがあります。ご注意ください。

③各部品を取り出します。

・ $2\mu\text{L}$, $10\mu\text{L}$ ：【図-H 1】(P12)

ノズルシリンダにセットされているプランジャセット、一段バネ、Oリング押さえを取り出します。 $2\mu\text{L}$ 、 $10\mu\text{L}$ については、Oリング・シールリングがノズルシリンダ内に圧入されセット部品になっていますので、Oリング・シールリングは取り出せません。一段バネ・Oリング押さえのみ取り出して下さい。

・ $20\mu\text{L}$ ：【図-H 2】(P13)

ノズルシリンダにセットされているプランジャセット、一段バネ、一段バネ受け、シールバネ、Oリング押さえを取り出します。 $20\mu\text{L}$ については、Oリング・シールリングがノズルシリンダ内に圧入されセット部品になっていますので、Oリング・シールリングは取り出せません。一段バネ、一段バネ受け、シールバネ、Oリング押さえのみ取り出して下さい。

・ $100\mu\text{L}$, $200\mu\text{L}$ ：【図-H 3】(P14) , $1000\mu\text{L}$ ：【図-H 4】(P15)

ノズルシリンダにセットされているプランジャセット、一段バネ、一段バネ受け、シールバネ、Oリング押さえ、Oリングを取り出します。

注：本体容量によりOリング押さえの形状が異なります。ご注意ください。

注：分解の際に、小さな部品を紛失しないように十分にご注意ください。

2. 組立

- ① グリスアップが必要であれば、プランジャ、Oリングにグリスを塗布します。
(3項 グリスアップ手順参照)

- ② ノズルシリンダを取り付けます。

- ・ $2\mu\text{L}$, $10\mu\text{L}$: 【図-H1】 (P12)

プランジャセットに一段バネを取り付け、Oリング押さえ、シールリング、Oリングの順となるように取り付けて、ノズルシリンダに挿入して本体にねじ込みます。 $2\mu\text{L}$, $10\mu\text{L}$ については、Oリング・シールリングがノズルシリンダ内に圧入されてセット部品になっていますので、Oリング・シールリングをプランジャに取り付ける必要はありません。一段バネ・Oリング押さえのみをプランジャにセットしてノズルシリンダへ挿入して下さい。

- ・ $20\mu\text{L}$: 【図-H2】 (P13)

プランジャセットに一段バネを取り付け、一段バネ受け、シールバネ、Oリング押さえ、シールリング、Oリングの順となるように取り付けて、ノズルシリンダに挿入して本体にねじ込みます。 $20\mu\text{L}$ については、Oリング・シールリングがノズルシリンダ内に圧入されてセット部品になっていますので、Oリング・シールリングをプランジャに取り付ける必要はありません。

注：組立の際、シールリング・Oリングの取り付け順番を間違わないようにご注意下さい。逆さに取り付けますと、気密が保てずに漏水、容量精度に誤差が発生したり、液体を吸い上げなくなる現象が起こります。

- ・ $100, 200\mu\text{L}$: 【図-H3】 (P14) , $1000\mu\text{L}$: 【図-H4】 (P15)

プランジャセットに一段バネを取り付け、一段バネ受け、シールバネ、Oリング押さえ、Oリングの順となるように取り付けて、ノズルシリンダに挿入して本体にねじ込みます。

注：本体へねじ込む際は、本体部とノズルシリンダを縦にした状態でゆっくりとねじ込んで下さい。本体を斜め・横の状態や乱暴にねじ込みますとOリングがヨレたり変形してしまい、気密漏れ原因になりますのでご注意下さい。

- ③ エジェクタパイプを取り付けます。

- ・ $2, 10\mu\text{L}$: 【図-H1】 (P12) , $20\mu\text{L}$: 【図-H2】 (P13)

- $100, 200\mu\text{L}$: 【図-H3】 (P14) , $1000\mu\text{L}$: 【図-H4】 (P15)

エジェクタボタンを指で押し下げ、本体中央から金具がでている状態にして、エジェクタパイプをはめ込み、エジェクタ止めネジで固定します。

エジェクタ動作に抵抗感がある場合は、エジェクタパイプを取り付けたまま回転方向に2～3回ほど揺動させて下さい。

注：組立終了後は、数回馴らし操作を行い、動作に異常がないか確認の上ご使用下さい。

3. グリスアップ


① プランジャ及び、Oリングの古いグリスを除去して下さい。

2 μ L, 10 μ L, 20 μ Lについては、プランジャのみ。


② プランジャの図示の箇所（先端から40 mm程度）に付属のグリスを薄く塗布して下さい。【図-G】

注：必ず専用の付属グリスをご使用下さい。それ以外のグリスを使用すると保証対象外となります。

注：お使いの使用状況にもよりますが、少なくとも6ヶ月毎にグリスアップを行うことをお勧めします。




NLT-2/NLT-10




【図－H 1】

NLT-20




【図－H 2】

NLT-100/NLT-200



【図－H 3】

NLT-1000



【図－H 4】

オートクレーブ滅菌

・本製品は、本体ごとオートクレーブ滅菌が可能です。121℃20分の条件で下記の要領に従って行って下さい。

- ①必ずロックハンドルを緩め、カウンタの数字を容量範囲の最大容量にします。
- ②オートクレーブ滅菌終了後は、十分な乾燥を行います。

注：オートクレーブ滅菌する際、オートクレーブ滅菌器の中でピペットを重ねて入れたり、ノズルを下方にし、負担がかかるような斜めの状態で立てかけたりしないで下さい。
（本体を立ててオートクレーブ滅菌を行なう際は、ノズル先端を上向きに行なって下さい。）本機種はオートクレーブ滅菌対応の材質でできていますが、滅菌器具の内部は高温の為、負担のかかる部分に変形等が生じるおそれがあります。

乾燥

・オートクレーブ滅菌後は、速やかに乾燥を行って下さい。乾燥は送風式定温乾燥機で60℃60分以上の条件で行って下さい。

- ①前述「分解」の手順に従いエジェクタパイプを抜き取ります。
- ②ノズルシリンダはネジ込み式ですので、約2回転半、反時計回りに回して緩めます。
- ③送風式定温乾燥機に入れて乾燥します。
- ④乾燥後は本体が常温に戻ったことを確認の上、ノズルシリンダを締め、エジェクタパイプを組み立てます。

注：乾燥後温かい状態で組立を行うと、ネジ山が壊れるなど製品の破損、品質を損なうおそれがありますので、十分に冷ましてから行って下さい。また、温かい状態でご使用になりますと、正確な容量精度が得られません。



オートクレーブ滅菌・乾燥直後は本体が非常に熱くなっておりますので、直接手で触れないで下さい。事故の原因となります。また、オートクレーブ滅菌を行う際に、同時投入する物や使用する水に含まれる物質によって、性能に影響を与える可能性があります。

【表－１】

規格精度表

モデル (適用容量範囲)	規格容量範囲	測定容量 (μL)	系統誤差 Es (%)	偶然誤差 CV (%)
NLT-2 (0.1~2 μL)	0.2~2 (μL)	0.2	$\pm 12.0^*$	$\leq 6.0^*$
		1	± 5.0	≤ 2.5
		2	± 3.0	≤ 1.0
NLT-10 (0.5~10 μL)	1~10 (μL)	1	± 4.0	≤ 3.0
		5	± 1.0	≤ 1.0
		10	± 1.0	≤ 0.5
NLT-20 (2~20 μL)	2~20 (μL)	2	± 5.0	≤ 3.0
		10	± 1.0	≤ 1.0
		20	± 1.0	≤ 0.4
NLT-100 (10~100 μL)	10~100 (μL)	10	± 2.0	≤ 1.0
		50	± 1.0	≤ 0.3
		100	± 0.8	≤ 0.3
NLT-200 (20~200 μL)	20~200 (μL)	20	± 1.0	≤ 0.5
		100	± 0.8	≤ 0.3
		200	± 0.8	≤ 0.2
NLT-1000 (100~1000 μL)	100~1000 (μL)	100	± 1.0	≤ 0.5
		500	± 0.8	≤ 0.3
		1000	± 0.7	≤ 0.2

★ NLT-2の0.2 μL 未満およびNLT-10の1 μL 未満における系統誤差・偶然誤差はサンプリ
ング技術およびサンプリング環境に大きく影響されます。

【測定条件】

使用チップ : ニチリョープレミアムチップ

測定温度 : 20℃~25℃

相対湿度 : 50%以上

測定対象 : 蒸留水

容量測定は、ISO 8655-6に準ずる。

容量調整

容量調整および容量検査は、以下の要領で行います。お客様ご自身で任意に行う場合は、調整の内容が分かる様に十分に管理して下さい。

調整後の容量精度および、ピペッティング動作の不具合に対しましては、保証致しかねますので、あらかじめご了承願います。

注：容量調整治具は付属されていません。ご必要な場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

1. 容量調整の方法

*容量調整は、各モデルの適応容量範囲の最少容量（1000 μ Lの場合は100 μ L）から行って下さい。最少容量が規格精度【表－1】（P17）に入ってから最大容量の容量検査を行って下さい。


<手順>

- ①ロックハンドルを緩めます。
- ②調整用治具のツメ部分を、調整ヘッドの溝部にはめ込みます。【図－L】－(1)
- ③本体を片手に持ち調整用治具が回らないようにしっかりと押えます。【図－L】－(2)
- ④プッシュボタンを左右に回すことにより容量の微調整を行います。
- ⑤必要な微調整容量は、【表－2】を参考に行って下さい。

注：ロックハンドルは、必ず緩めて下さい。

注：容量の加減は、A：時計回りで容量が増えます。

B：反時計回りで容量が減ります。



【表－2】 容量調整時のカウンタ目盛りによる目安容量（ μ L）

	1目盛り	2目盛り	5目盛り	10目盛り
NLT－2	0.0015	0.0029	0.0073	0.0145
NLT－10	0.0077	0.0154	0.0385	0.0769
NLT－20	0.012	0.025	0.062	0.125
NLT－100	0.078	0.156	0.390	0.780
NLT－200	0.13	0.25	0.63	1.26
NLT－1000	0.79	1.58	3.96	7.91

※上記、数値（容量）は、あくまでも目安とし、容量調整時には、校正された天秤等で実際に必ず確認して下さい。

2. 容量検査の方法

<手順>

- ①容量検査を行うピペット・蒸留水・天秤・チップを、検査を行う2～3時間前に、容量測定を行う部屋に準備し、個々の温度差が無い様にしておきます。（温度平衡）
※容量測定環境温度は、20℃～25℃を目安にし、エアコンや暖房機の風や熱が直接あたらないようにして下さい。
- ②チップは、ニチリョープレミアムチップシリーズ（容量適合のもの）を使用し、必ずラックよりピペットに装着して下さい。
- ③蒸留水をサンプルとし、天秤内の容器にピペッティングを行い、重量法にて測定します。
※この時、天秤内の容器は必ず蓋付の容器を使用して下さい。また、容器内には事前に少量の蒸留水を入れておきます。
- ④天秤に入れて測定された質量（mg）を読み取り、その数値を「蒸留水の補正係数」にて換算したものが、分注測定した容量（μL）となります。

測定容量（μL）＝測定質量（mg）×蒸留水の補正係数【表－3】

- ① 測定容量値より精度・再現性を求め、規格精度【表－1】（P17）と比較し確認を行って下さい。容量測定は10回行して下さい。
（参考）下記の精度・再現性を求める計算式で値を算出して下さい。

〔系統誤差(Es)〕（%）＝（容量平均値－設定容量）／設定容量×100

〔偶然誤差(CV)〕（%）＝標準偏差／容量平均値×100

$$〔標準偏差(Sr)〕 \quad S_r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{v})^2}{n-1}}$$

【表－3】 蒸留水の補正係数 （質量・容量 変換係数）

温度(℃)	気圧 (kPa)			
	95.0	100.0	101.3	105.0
20.0	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029
20.5	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030
21.0	1.0030	1.0031	1.0031	1.0031
21.5	1.0031	1.0032	1.0032	1.0032
22.0	1.0032	1.0033	1.0033	1.0033
22.5	1.0033	1.0034	1.0034	1.0034
23.0	1.0034	1.0035	1.0035	1.0036
23.5	1.0036	1.0036	1.0036	1.0037
24.0	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038
24.5	1.0038	1.0039	1.0039	1.0039
25.0	1.0039	1.0040	1.0040	1.0040

こんなことが起こったら！
(トラブルシューティング)

現 象	考えられる原因	処 置
チップエジェクトができない	ノズルシリンダが緩んでいる	ノズルシリンダのねじ込みを締め直して下さい
液体を吸入しない	ノズルシリンダ先端が詰まっている(異物付着)	清掃除去又は、ノズルシリンダ部品を交換する
	ノズルシリンダが緩んでいる	ノズルシリンダのねじ込みを締め直して下さい
	シールリングセットを逆さに組み込んでいる (2, 10, 20 μ L のみ)	本書の組立方法に従って、正しくセットして下さい
	O-リング 又はシールリング (2, 10, 20 μ L のみ) が磨耗している	交換部品「O-リングセット」をご購入下さい ※2, 10, 20 μ L はノズルリングセットの交換
	プランジャ又は O-リングのグリスが消耗している	本書のグリスアップ方法に従って、グリスアップして下さい
吸い上げた液体がチップから漏水する	O-リング 又はシールリング (2, 10, 20 μ L のみ) が磨耗している	交換部品「O-リングセット」をご購入下さい ※2, 10, 20 μ L はノズルリングセットの交換
	ノズルシリンダが緩んでいる	ノズルシリンダのねじ込みを締め直して下さい
	ノズルシリンダが磨耗している (目で見て判るくらい段がついている)	交換部品「ノズルシリンダ」をご購入下さい
	チップの取り付けが緩んでいる	チップをしっかりと取り付け直して下さい
	プランジャ又は O-リングのグリスが消耗している	本書のグリスアップ方法に従って、グリスアップして下さい
プッシュボタンの動きが悪い	液体が本体に吸い上がっている	吸い上げた直後、または固着しているだけでしたら、分解して各部品を洗浄して下さい(または、柔らかい布で拭き取して下さい) 吸い上げによって内部に錆や腐食が発生している場合はその部品をご購入下さい
	プランジャ又は O-リングのグリスが消耗している	本書のグリスアップ方法に従って、グリスアップして下さい



厳守

上記を点検後、なお異常がある場合はただちに使用を中止し、修理をご依頼下さい。その際は、微生物や化学物質など人体に有害な物質に汚染されていないよう適切な処置後、十分にご確認願います。汚染されている場合は、修理をお受けすることができません。

●チップ（オートクレーブ滅菌可能）

コード	容量範囲(μL)	カラー	適用機種	チップの長さ(概寸)	入数
BMT2-UT	0.1～10	クリアー	NLT-2	31.3mm	1000
BMT2-SSW	0.5～10	クリアー	NLT-10	48.0mm	1000
BMT2-SG	2～200	クリアー	NLT-20, 100, 200	53.0mm	1000
BMT2-LG	100～1000	クリアー	NLT-1000	81.9mm	1000

●ラックチップ（オートクレーブ滅菌可能）

コード	容量範囲(μL)	カラー	適用機種	入数
BMT2-UTWR	0.1～10	クリアー	NLT-2	960(96本×10ケース)
BMT2-SSWR	0.5～10	クリアー	NLT-10	960(96本×10ケース)
BMT2-SGR	2～200	クリアー	NLT-20, 100, 200	960(96本×10ケース)
BMT2-LGR	100～1000	クリアー	NLT-1000	960(96本×10ケース)

●交換部品リスト（ご注文の際には部品コードをご指定下さい）

部品コード	交換部品名	セット内容	容量
00-NLT-0200002	一段バネ 2μL	—————	2μL
00-NLT-0200010	一段バネ 10μL	—————	10μL
00-NLT-0200020	一段バネ 20μL	—————	20μL
00-NLT-0200100	一段バネ 100μL	—————	100μL
00-NLT-0200200	一段バネ 200μL	—————	200μL
00-NLT-0201000	一段バネ 1000μL	—————	1000μL
00-NLT-2300020	一段バネ受け 20μL	—————	20μL
00-NLT-2300100	一段バネ受け 100μL	—————	100μL
00-NLT-2300200	一段バネ受け 200μL	—————	200μL
00-NLT-2301000	一段バネ受け 1000μL	—————	1000μL
00-NLT-2200020	シールバネ 20μL	—————	20μL
00-NLT-2200100	シールバネ 100μL	—————	100μL
00-NLT-2200200	シールバネ 200μL	—————	200μL
00-NLT-2201000	シールバネ 1000μL	—————	1000μL

部品コード	交換部品名	セット内容	容量
00-NLT-0400002	ノズルシリンダセット 2 μ L	O-リング／シールリング／ O-リング押さえ／ノズルシリンダ	2 μ L
00-NLT-0400010	ノズルシリンダセット 10 μ L	O-リング／シールリング／ O-リング押さえ／ノズルシリンダ	10 μ L
00-NLT-0400020	ノズルシリンダセット 20 μ L	O-リング／シールリング／ O-リング押さえ／ノズルシリンダ	20 μ L
00-NLT-0400100	ノズルシリンダ 100 μ L	—————	100 μ L
00-NLT-0400200	ノズルシリンダ 200 μ L	—————	200 μ L
00-NLT-0401000	ノズルシリンダ 1000 μ L	—————	1000 μ L
00-NLT-0500100	O-リングセット 100 μ L	O-リング／O-リング押さえ	100 μ L
00-NLT-0500200	O-リングセット 200 μ L	O-リング／O-リング押さえ	200 μ L
00-NLT-0501000	O-リングセット 1000 μ L	O-リング／O-リング押さえ	1000 μ L
00-NLT-0900010	エジェクタパイプ A	—————	2 μ L／10 μ L
00-NLT-0900200	エジェクタパイプ B	—————	20 μ L／100 μ L／200 μ L
00-NLT-0901000	エジェクタパイプ C	—————	1000 μ L
00-NLT-0801000	エジェクタ止めネジセット	エジェクタ止めネジ／スプリン グワッシャ／ワッシャ（クロ）	2 μ L／10 μ L／20 μ L／ 100 μ L／200 μ L／1000 μ L
00-NLT-1600000	容量調整治具	—————	共通
00-NLT-3400000	グリス	—————	共通

製造販売元

株式会社

ニチリョー

Webサイト

<https://www.nichiryo.co.jp/>

Eメール

info@nichiryo.co.jp

●お問い合わせはWebサイトの「お問い合わせフォーム」またはEメールをお願い致します。